

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
33-380 Krynica – Zdrój  
ul. Nitribitta 4  
tel. 018 471 2851 do 53  
fax 018 471 5225

Tryb realizacji zamówienia : *przetarg nieograniczony*

## Sp e c y f i k a c j a

### I s t o t n y c h   W a r u n k ó w   Z a m ó w i e n i a

„ n a z a k u p   s p r z ę t u   m e d y c z n e g o „

dla SP ZOZ Sanatorium MSWiA w Krynicy- Zdroju

Specyfikację zatwierdzono  
w dniu 18.07.2008 r.

## Rozdział I.

### I. Informacje wstępne

1. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.
2. Oferent powinien dokładnie zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
6. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ służyć mają wyłącznie przygotowaniu oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

### II. Informacje szczegółowe .

1. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Sanatorium MSWiA w Krynicy – Zdroju  
ul. Nitribitta 4  
33-380 Krynica-Zdrój
2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony
3. Przedmiot zamówienia : sprzęt medyczny
  - Wanna do masażu wirowego całych kończyn dolnych – 1 szt.
  - Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa – 1szt.
  - Wanna medyczna do kąpeli solankowych – 1 szt.
  - Wanna medyczna do kąpeli borowinowych – 3 szt.
  - Ergometr rowerowy – 2 szt.
  - Lampa SOLLUX – 3 szt.
  - Urządzenie do podgrzewania parafiny – 1 szt.
  - Lampa kwarcowa – 1 szt.
  - Lampa Bioptron – 1 szt.
  - Aparat EKG – 1 szt.
  - Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.
  - Aparat do terapii ultradźwiękowej, elektrofonoforezy i jonoforezy – 1 szt.
  - Aparat do elektroterapii – 1 szt.
  - Aparat do terapii prądami diadynamicznymi – 2 szt.
  - Aparat do terapii prądami interferencyjnymi – 2 szt.
  - dostarczenie urządzeń na koszt oferenta do budynku Sanatorium oraz ich montaż.
4. Składanie ofert częściowych na poszczególne urządzenia – przewidziane.
5. Oferty wariantowe - nie przewiduje się.
6. Termin wykonania zamówienia : do 30.09.2008 r.

7. Zamówienie uzupełniające - nie przewiduje się.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający wymagania :

- a) określone art.22 ust.1- PZP, a także nie wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 w/w ustawy.
- b) prowadzą działalność zgodnie z przedmiotem zamówienia.
- c) spełniają wymagania określone w dokumentacji przetargowej (SWIZ)

9. Informacje o świadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie któregokolwiek z niżej wymienionych warunków i wymogów skutkuje odrzuceniem oferty.

- a) właściwie wypełniona i podpisana oferta przetargowa.
- b) Oświadczenie, że oferent spełnia warunki art.22 art.1. p.z.p. i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 p.z.p.
- c) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.
- d) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków opłat lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji Urzędu Skarbowego-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- e) Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności , lub o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji oddziału ZUS-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- f) Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z dostawcami oraz przekazywania oświadczeń oraz udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

- a) zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania zainteresowanych złożeniem ofert
- b) podmioty zainteresowane złożeniem ofert mogą składać zamawiającemu zapytania zgodnie z art.38 ust.1.2.
- c) oświadczenia , wnioski i zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Przesłane w innej formie uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zostały niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

fax zamawiającego 018 471 54-95

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami :

- W sprawach merytorycznych dotyczących sprzętu – Krzysztof Leśnik
- W sprawach związanych z przetargiem – Tadeusz Marczyk  
Tel. 018 471 2851 do 53  
e-mail : [sekretariat@krynica.com.pl](mailto:sekretariat@krynica.com.pl)

12. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
13. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
14. Informacje dotyczące sposobu sporządzania i składania ofert
  - a) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena na dany produkt. Treść ofert musi odpowiadać treści SIWZ
  - b) wszelkie koszty związane z e sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent.
  - c) na każde urządzenie musi być dołączony prospekt lub rysunek schematyczny.
  - d) oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie po ufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać opis : nazwa zamawiającego z adresem, określenie przetargu.
15. Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie SP ZOZ Sanatorium MSWiA  
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nitribitta 4 do dnia **12.08.2008 r. do godz. 9<sup>00</sup>**  
pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny spóźnienia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.08.2008 r. o godz. 11<sup>00</sup>**  
Zamawiający może przed terminem składania ofert zmodyfikować SIWZ (art.38 ust.4) p.z.p.  
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.  
Zmieniona oferta musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo oznaczona napisem „Zmiana”.  
Koperta z informacją o wycofaniu ma być oznaczona napisem „Wycofane”.
16. Ceny w ofercie przetargowej należy podać netto (bez podatku VAT) w złotych polskich za jednostkę miary.
17. Przy wyborze oferenta brana będzie pod uwagę cena :

Punkty na cenę zostaną przyznane według następującego schematu :

Oferta z najniższą ceną –100 pkt.  
Następnie wg wzoru **Wn Co/ Owco x 100 pkt.**  
gdzie :

**Wn Co** –wartość najniższej cenowo oferty  
**WcCo** – wartość cenowa oferty ocenianej
18. Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sanatorium. Wybrani oferenci z którymi zostanie zawarta umowa zostaną powiadomieni o tym fakcie pisemnie.
19. Środki ochrony prawnej przysługujące oferentom w toku postępowania o udzielenie Zamówienia zgodnie z Ustawą PZP.
20. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

## Opis sprzętu medycznego Załącznik do SIWZ

Lp.	Nazwa sprzętu + opis techniczny	Ilość sprzętu
<b>I część</b>		
1.	Wanna do masażu wirowego całych kończyn dolnych - max pojemność – 200 litrów - stopnie	1
2.	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa - max pojemność – 210 litrów - stopnie	1
3.	Wanna medyczna do kąpieli solankowych z akrylu + urządzenie do masażu perełkowego (mata z akrylu) - długość maty – do 220 mm - szerokość maty – do 860 mm - pojemność – 250 litrów - stopnie	1
4.	Wanna medyczna do kąpieli borowinowych z akrylu + urządzenie do masażu perełkowego (mata) - szerokość maty – 860 mm - długość maty – 2220 mm - stopnie	3
Lp.	Nazwa sprzętu + opis techniczny	Ilość sprzętu
<b>II część</b>		
5.	Ergometr rowerowy - z hamulcem elektromagnetycznym - obciążenie max 150 kg - oprogramowanie treningowe – min 8 - siodełko żelowe	2
6.	Lampa SOLLUX - statywowa 375 W - wbudowany zegar zabiegowy - programy zabiegowe	3
7.	Urządzenie do podgrzewania parafiny - pojemność min. – 40 litrów	1
8.	Lampa kwarcowa - UV A/B - statyw	1
9.	Lampa Biotron - statyw - średnica filtra 15 cm	1
10.	Aparat EKG - 3 kanałowy - 12 odprowadzeń - elektrody, przewody, papier - stolik pod aparat	1

11.	Aparat do terapii ultradźwiękowej - z głowicą 2-częstotliwościową 1 i 3 MHz/5 cm <sup>2</sup> - podgrzewana głowica - wózek wielofunkcyjny	1
12.	Aparat do terapii ultradźwiękami, elektrofonoforezy i jonoforezy - głowica UD 1 MHz/4 cm <sup>2</sup> - głowica do elektrofonoforezy - elektrody - stół pod aparat - komplet przewodów	1
13.	Aparat do elektroterapii - 2 niezależne kanały - programy terapeutyczne - programy użytkownika - możliwość zasilania bateryjnego - wózek wielofunkcyjny	1
14.	Aparat do terapii prądami diadynamicznymi - 2-kanałowy - programy terapeutyczne dla jednostek chorobowych - automatyczna elektrodiagnostyka (wyznaczenie krzywej I/t) - stół pod aparat	2
15.	Aparat do terapii prądami interferencyjnymi - 2-kanałowy - programy terapeutyczne dla jednostek chorobowych - automatyczna elektrodiagnostyka (wyznaczanie krzywej I/t) - tonoliza - stół pod aparat	2

