

Modyfikacja SIWZ – zakup sprzętu medycznego.

SIWZ pkt 17. Przy wyborze oferenta brana będzie pod uwagę cena. W przypadku podania przez oferentów jednakowej ceny przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brane pod uwagę zaproponowane przez oferenta dodatkowe wyposażenie oraz poszerzony zakres działania. Podane w SIWZ parametry urządzeń określają nasze minimum ich pracy – działania.

Pytania i odpowiedzi.

Pytanie: Dotyczy części II, poz. nr 13 – Aparat do elektroterapii. Prosimy o podanie typów prądów jakie powinien generować wymagany aparat.

Odpowiedź: Aparat do elektroterapii powinien generować minimum niżej wymienione typy prądów:

- Prąd interferencyjny wg Nemeč'a
- TENS
- Prąd diadynamiczny wg Bernarda
- Prąd Kotz'a
- Prąd Träberta
- Prądy galwaniczne
- Prąd wysokonapinający impulsowy
- Mikroprądy
- Prądy 1-fazowe: prostokątny i trójkątny impulsowy.

Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych poz.3 i 4 opisu sprzętu medycznego-załącznik do SIWZ – maty w urządzeniach do masażu perełkowego o parametrach podanych w opisie – nie występują.

Odpowiedź: Podane wymiary dotyczą maksymalnych wymiarów wanień, a nie maty. Mata traktowana jest jako dodatkowe wyposażenie (bez agregatu) i powinna być dostosowana do oferowanej wanny oraz rodzaju zabiegu (kąpiele solankowe lub borowinowe).

Pytania dotyczące dostawy sprzętu medycznego.

1. Wanna do kąpieli solankowych z akrylu. Czy Zamawiający dopuści wannę do kąpieli solankowych, spełniającą wymagania Zamawiającego, ale o pojemności 260 l?
2. Wanna do kąpieli borowinowych. Czy Zamawiający dopuści wannę do kąpieli borowinowych, spełniającą wymagania Zamawiającego, ale o wymiarach (szer. x dł.) 750mm x 1700mm?
3. Aparat do terapii ultradźwiękowej. Czy Zamawiający dopuści aparat z niepodgrzewaną głowicą 1i3MHz/4cm² (4,1 cm² przy 1 MHz, 4,7 cm² przy 3 MHz)?

Odpowiedzi:

1. Tak – przy spełnionych warunkach (wymiary).
2. Nie. Wanna dla dorosłych – oczekiwany wymiar: dł. 2000-2220mm.

3. Nie.

Pytania dotyczące zamawianego sprzętu w ramach poszczególnych części SIWZ.

Część I

Punkt 1 i 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie opisane w w/w punktach posiadały sterowanie elektroniczne umożliwiające automatyczne napełnianie do wybranego poziomu wody, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, timer, automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zadanego czasu?

Punkt 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby szerokość siedziska wewnętrznego w najszerszym miejscu była o wymiarze 670mm, co zapewnia większy komfort pacjentom a w szczególności pozwala na wykorzystanie zabiegów osobom bardzo otyłym?

Punkt 3 i 4

Pytanie nr 1

- Wiodące firmy zajmują się produkcją urządzeń do hydroterapii w Europie stosując do ich produkcji tworzywo GFK (Chirana, ETH, BEKA).
- Tworzywo GKF jest tworzywem jednorodnym wzmocnionym włóknem szklanym, odpornym na kwasy i zasady o znacznie większej wytrzymałości i odporności na zarysowania.

W związku z tym powstaje pytanie nr 1 :

- Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z materiału o wyższych parametrach technicznych niż przewidziany w SIWZ akryl?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia opisane w w/w punktach posiadały automatyczne napełnianie do wybranego poziomu wody?

Część II

Punkt 9

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby lampa do terapii światłem spolaryzowanym posiadała filtr do koloroterapii?

Punkt 11

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez możliwości podgrzewania głowicy? Z głowicą dwuczęstotliwościową 1 i 3,2 MHz. Bezwzględny wymóg Zamawiającego głowicy podgrzewanej narusza zasady uczciwej konkurencji zgodnie z PZP, gdyż aparat do terapii ultradźwiękowej z podgrzewaną głowicą oferuje na rynku polskim tylko jedna firma.

Punkt 12

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch niezależnych aparatów połączonych ze sobą co daje większe możliwości terapeutyczne przy wykonaniu terapii skojarzonej?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza głowicę UD 1 MHz/5cm²?

Punkt 14 i 15

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza aparat z możliwością nieautomatycznego wyznaczenia krzywej IT?

Odpowiedzi:

Część I

Punkt 1 i 2

Pytanie nr 1

Tak.

Punkt 2

Pytanie nr 1

Nie.

Punkt 3 i 4

Pytanie nr 1

Tak, jeżeli będzie to potwierdzone opinią ośrodka posiadającego takie możliwości i uprawnienia.

Pytanie nr 2

Nie.

Część II

Punkt 9

Pytanie nr 1

Nie.

Punkt 11

Pytanie nr 1

Nie. Uważamy, że chęć nabycia nowocześniejszego urządzenia nie narusza zasad uczciwej konkurencji.

Punkt 12

Pytanie nr 1

Tak.

Pytanie nr 2

Nie.

Punkt 14 i 15

Pytanie nr 1

Nie.